

仕様書

1. 品名

動物個別飼育装置購入

2. 製品の機能・性能仕様

外寸(mm)	W1,300*D600*H1,900 程度
内寸(mm)	W315*D350*H255 程度×8 室
温度	+5~45℃(照明点灯時:+15~45℃)
換気	給気:20L/min(8 室合計)・HEPA フィルタ付 排気:20L/min(8 室合計)・脱臭フィルタ付
温度調節器	電子温度調節器 測温体付デジタル表示 変温タイマ付
照明	照明×8 室、調光器(個別手動制御)、タイマー(一括制御)
電源	単相 100V 50/60Hz 15A
その他	・臭気防止のため、本体から外へのダクト接続工事(排気ファン・ダンパー含む)及び窓への換気扇設置を行うこと。 ・既存のシンクを深型シンクへ入れ替えること。 ・マウス脱走防止のため、天井から床までの間仕切りを設置し、出入口にはねずみ返しを設置すること。(設置個所は別紙図面を参照のこと。) ・既存品引取処分費及び運送料、搬入費等設置にかかる費用については見積額に含めること。

3. 参考型番

(株)日本医化器械製作所 LP-30LED-8AR

※参考型番以外の同等品で見積もりする場合は、同等品の規格、性能、定価等が確認できるカタログの写し等を示して提出期限までに事前に協議すること。

4. その他(納入条件)

- ・故障等の緊急時には速やかに対応することとし、長期的に修繕保守が可能であること。
- ・設置後、現場職員に機器の取り扱い説明等を行うこと。
- ・納品検査完了日から起算して一年間は無償保証とすること。
- ・納入した物品の梱包材など、施設の使用にあたり不要となるものは撤去及び引き取りを行うこと。
- ・作業日時等については、本学担当者と十分に打合せを行い、担当者の指示に従うこと。